



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE18.2372
Certificate No.

产品名称
Name of Product

防爆称重传感器

型号及规格
Type of Product

SQB-□

防爆标志
Marking

Ex ia II C T4 Ga

技术文件
Technical Documents

QB/LAS1504

图 号
Drawing No.

SQB-0.1-10t

备 注
Note (s)

1. 本安参数: $U_i: 12.8VDC$, $I_i: 560\text{ mA}$, $P_i: 1.8W$, $C_i: 0\mu F$, $L_i: 0mH$ 。
2. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}C \leq T_a \leq +40^{\circ}C$ 。
3. 此产品仅能与本质安全型设备或与安全区的关联设备相连接, 参数见使用说明书。
4. 本证代表产品型号: SQB-□
□: 量程: 0.1~10t。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010

发 给: 天津市丽景微电子有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2023-12-06
Date of Expire:

发 证 日 期: 2018-12-06
Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘红光

国家防爆产品质量监督检验中心 (天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066/26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

<http://www.pcec.com.cn>